

РЕГЛАМЕНТ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Монитора оценки глубины анестезии МГА-06

Процедура	Год											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена аккумулятора			x			x			x			x