

## РЕГЛАМЕНТ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Оксиметра пульсового ОП-31-"ТРИТОН"

Процедура	Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
* Замена датчиков измерительных каналов (датчика пульсоксиметрического)			x		x		x		x		x		x
Замена аккумулятора				x			x			x			x

\* Сроки замены расходных материалов являются рекомендованными. Срок службы расходных материалов сильно зависит от интенсивности и аккуратности эксплуатации.